


上海茁彩生物科技有限公司
Shanghai zcibio technology Co.,Ltd.



生化检测原理示意图

可溶性果胶（WSP）含量检测试剂盒说明书 可见分光光度法

注意：正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

试剂的组成和配制：

种类	试剂规格	储存条件	使用方法及注意事项
提取液一	液体 100mL × 1 瓶		80%乙醇自备，即将 80mL 无水乙醇和 20mL 蒸馏水混合。
提取液二	液体 30mL × 1 瓶	4℃保存	
提取液三	液体 70mL × 1 瓶	4℃保存	
试剂一	浓硫酸60mL × 1 瓶	4℃保存	自备
试剂二	液体 3mL × 1 瓶	4℃保存	
试剂三	液体 5mL × 1 支	4℃保存	
标准品	粉剂 × 1 支	4℃保存	10mg半乳糖醛酸，临用前加入 0.943mL 提取液三，配成 50μmol/mL 的标准液，4℃保存。

产品简介：

果胶(Pectin)是构成细胞初生壁和中胶层的主要成分，对细胞起着软化和黏合作用。果胶间以Ca²⁺桥及其他离子键、氢键、糖苷键、酯键和苯环偶联的方式交联，通过不同的抽提方法可以提取各种形式的果胶，如水溶性果胶（WSP）、离子结合型果胶（ISP）和共价结合果胶（CSP）。

可溶性果胶在酸性条件下水解生成半乳糖醛酸，后者在硫酸溶液中与咔唑进行缩合反应形成紫红色的化合物，生成物质在 530 nm 处有最大吸收峰。

试验中所需的仪器和试剂：

可见分光光度计、台式低温离心机、水浴锅、1mL 玻璃比色皿、可调式移液枪、研钵/匀浆器、丙酮、浓硫酸、无水乙醇和蒸馏水。

操作步骤：

一、样本处理：

取约 0.1g 样本，加入 1mL 提取液一，室温快速匀浆，95℃水浴 20min，冷却至室温，4000g，25℃离心 10min，弃上清。沉淀加入 1.5mL 提取液一和丙酮交替各洗 2 遍（涡旋振荡 2min 左右，4000g，25℃离心 10min，弃上清即可），沉淀即为粗细胞壁，加入 1mL 提取液二（去除淀粉）浸泡 15 小时，4000g，25℃离心 10min，弃上清，加入 2mL 提取液三，充分匀浆。8000g，4℃离心 10min，取上清液待测。

二、测定步骤：

- 1、分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 530nm，蒸馏水调零。
- 2、将 50 $\mu\text{mol}/\text{mL}$ 标准液用提取液三稀释为 2、1、0.5、0.25、0.125、0.0625、0.03125 $\mu\text{mol}/\text{mL}$ 的标准溶液备用。
- 3、操作表：

试剂名称	空白管	标准管	对照管	测定管
样本 (μL)	-	-	100	100
标准品 (μL)	-	100	-	-
蒸馏水 (μL)	100	-	-	-
试剂一 (μL)	800	800	800	800
混匀、90 $^{\circ}\text{C}$ 放置 10min，取出后冷却				
试剂二 (μL)	-	-	100	-
试剂三 (μL)	100	100	-	100
混匀，25 $^{\circ}\text{C}$ 静置 30min 后测定 530nm 处吸光值，分别记为 A 空白管、A 标准管、A 对照管和 A 测定管。 $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}}$ ， $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。				

可溶性果胶含量的计算：

1、标准曲线的绘制：

以各个标准溶液的浓度为 x 轴，其对应的 ΔA 标准为 y 轴，绘制标准曲线，得到标准方程 $y=kx+b$ ，将 ΔA 测定带入方程得到 x ($\mu\text{mol}/\text{mL}$)

2、可溶性果胶含量的计算：

$$\text{可溶性果胶含量}(\mu\text{mol}/\text{g鲜重}) = x \times V_{\text{提取液三}} \div W = 2x \div W$$

V 提取液三：加入提取液三的体积，2mL；W：样本鲜重，g。

技术指标：

最低检出限：0.027 $\mu\text{mol}/\text{mL}$

线性范围：0.03125-2 $\mu\text{mol}/\text{mL}$

注意事项

- 1、浓硫酸具有强腐蚀性，操作时需特别注意，90 $^{\circ}\text{C}$ 加热取出后冷却再打开盖子，以防液体飞溅烧伤。建议每次实验冷却时间保持一致。
- 2、若吸光值超过线性范围吸光值，可以增加样本量或者稀释样本后再进行测定。